

O D I B I s. r. l.

Via Venezia, 35 – 33085 Maniago (PN)
tel 0427-701211 – 0427- 71813
Fax 0427/700211 fax verde 800230385
http: www.odibi.it mail: odibi@odibi.it



COMUNICATO

OGGETTO: certificazione mascherine FFP2

in questi ultimi tempi si sta verificando letteralmente un caos relativo alla validità delle certificazioni delle mascherine, specialmente nel tipo FFP2 , con la continua trattazione del problema in diverse trasmissioni televisive.

Trattandosi di un argomento molto delicato e importante vogliamo ribadire che tutte le mascherine da noi commercializzate oltre alla ovvia verifica e controllo relativa alla veridicità documentale ricevuta dal produttore sono state sottoposte ad un ulteriore test presso la DOLOMITICERT scarl di LONGARONE (BL) ente notificato presso le autorità europee con il numero identificativo 2008 e ha ottenuto anche il riconoscimento di ACCREDIA.

Di seguito la descrizione del tipo di prova a cui abbiamo sottoposto le nostre mascherine e i rapporti di prova con i risultati ottenuti:

TIPO DI TEST: penetrazione del materiale filtrante

metodo interno per EN 149:2001+A1:2009 dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

“ penetrazione dell’olio di paraffina secondo EN 13274-7-2019 (%) velocità di flusso di 95 l/min.”

RAPPORTI DI PROVA:

- rapporto n. 210353 - ns.articolo MA_24002 (cod.prodotto SJ2278) FFP2
. penetrazione rilevata sui campioni: **0,21% - 0,68% - 0,29%**
- rapporto n. 210354 - ns.articolo MA_24402 (cod.prodotto SJ7899) FFP2
. penetrazione rilevata sui campioni: **0,94% - 1,40% - 0,74%**
- rapporto n. 210355 - ns.articolo MA_24406 (cod.prodotto NewLison 1206) FFP2
. penetrazione rilevata sui campioni: **3,45% - 3,00% - 2,29%**
- rapporto n. 210364 - ns.articolo MA_24007 (cod.prodotto JY-006) FFP2
. penetrazione rilevata sui campioni: **0,83% - 1,01% - 1,28%**

La penetrazione massima consentita dalla norma è per la FFP2 del 6% !!!!!

- rapporto n. 210356 - ns.articolo MA_24033 (cod.prodotto Shfort safety P3001) FFP3 con valvola
. penetrazione rilevata sui campioni: **0,01% - 0,04% - 0,01%**

La penetrazione massima consentita dalla norma è per la FFP3 del 1% !!!!!

Riteniamo la presente molto importante per fare chiarezza sulla qualità dei prodotti che ODIBI propone al mercato.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e augurandovi buon lavoro cordialmente Vi salutiamo.

O D I B I s.r.l.